



Informacja Nr 6  
dla Wykonawców

**Dotyczy: Zakup i dostawa 1 sztuki koncentratora tlenu dla Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie na potrzeby realizacji projektu „Bezpieczna Przyszłość”.**

Pytanie:

Czy Zamawiający zaakceptuje koncentrator wyposażony w sygnalizację jedynie niskiego stężenia tlenu (poniżej 82%)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert każdego Wykonawcy, który spełnia wymagania wskazane w zapytaniu ofertowym a produkt wskazany przez Wykonawcę spełnia kryterium w punkcie dotyczącym opisu produktu. Z uwagi na fakt, że produkt wskazany przez Państwa nie spełnia kryteriów wskazanych w zapytaniu ofertowym prosimy o dostosowanie oferty do wymogów wskazanych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający nie dopuszcza odstępstw od opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w zapytaniu ofertowym.

DYREKTOR  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
  
mgr Maksymilian Stepień